

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр  
стандартизации, метрологии и испытаний в Краснодарском крае"  
(ФБУ "Краснодарский ЦСМ")

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311441

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной  
системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку, регистрационный  
номер в реестре аккредитованных лиц

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 47-6-5324-20

Действительно до  
6 октября 2021 г.

Средство измерений весы автомобильные неавтоматического действия,  
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер

Грант-А, мод. Грант-А-100, госреестр № 55747-13  
в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа;

заводской (серийный) номер 189318

в составе —

номер знака предыдущей поверки 18003458951

поверено в полном объеме  
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с приложением Н "Методика поверки весов"  
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

ГОСТ Р 53228-08 "Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические  
и технические требования. Испытания".

с применением эталонов: комплект поверки гирь и весов переносной, КПГВП,  
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер,

зав.№ 19325065, 4 разряд;  
разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

гири образцовые 4-го разряда параллелепипедные, ГО-20, зав.№ 1-10, 001-010,  
4 разряд;

гири образцовые, ГО-4-500, зав.№ 1-50, 4 разряд.

при следующих значениях влияющих факторов: температура окр. среды 23,2 °С;  
перечень влияющих факторов,

относительная влажность воздуха 45,4 %; атмосферное давление 761,6 мм рт.ст.  
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано  
ненужное зачеркнуть

пригодным к применению

Знак поверки:   
Начальник отдела 47  
должность руководителя подразделения или  
другого уполномоченного лица

  
подпись

Трушев  
Владимир Вячеславович  
фамилия, имя и отчество  
(при наличии)

Поверитель   
подпись

Яровой  
Владимир Сергеевич  
фамилия, имя и отчество  
(при наличии)

Дата поверки  
7 октября 2020 г.

321677